

Dane techniczne analizatora wydechu typu Alcotest 9510 firmy Dräger

Zasada pomiaru:	pomiar IR + EC
Zakres pomiaru:	0÷3,00 mg/l
Rozdzielczość wyniku końcowego:	0,01 mg/l
Powtarzalność: zakres 0÷0,40 mg/l powyżej 0,40÷2,00 mg/l powyżej 2,00 mg/l	<0,007 mg/l poniżej 1,7% wzgl. poniżej 6% wzgl.
Warunki środowiskowe podczas pracy: zakres termiczny wilgotność ciśnienie	0°C ÷ +40°C 30÷90% wilgotności względnej 700÷1300 hPa
Warunki środowiskowe podczas składowania zakres termiczny wilgotność ciśnienie	-20°C ÷ +70°C (>40°C tylko kilka godzin) 10÷90% wilgotności względnej 700÷1300 hPa
Objętość wdychanego powietrza:	>1,5 l
Czas wydychania:	3 s
Zasilanie: sieciowe 12V	110÷240V, 50÷60Hz 10,5÷15,5V DC
Pobór mocy: podczas fazy wygrzewania w trybie oczekiwania	ok. 70W <15W
Bezpiecznik główny:	TH/250V; 0,63A; 2szt.
Drukarka:	drukarka termiczna, szer. papieru 58mm
Faza wygrzewania:	poniżej 15 minut w temperaturze pokojowej
Wymiary (W x H x D):	ok. 325mm x 250mm x 55/185mm
Waga:	6,9 kg (bez klawiatury)
Oznakowanie CE:	zgodność elektromagnetyczna- (Dyrektywa 89/336/EEC) Dyrektywa niskonapięciowa- (Dyrektywa 72/23/EEC)
Kalibracja:	co 6 miesięcy